



¡PARA EMERGENCIAS!

Nombre
Fecha de nacimiento
Lugar de residencia
Mi contacto para preguntas.....

¡Tengo problemas de audición!

Llevo las siguientes ayudas auditivas:
Derecha: implante coclear / audífono
Característica:
Izquierda: implante coclear / audífono
Característica:

Importante: ¡no confunda los lados!



Cuando se es sordo, un implante coclear (IC) reemplaza el proceso de audición natural con audición electrónica.

Por favor, tenga en cuenta:

No oigo nada sin el procesador de implante coclear (IC):

¡Míreme! ¡El contacto visual, cuando me comunico, con la posibilidad de ver la boca es muy importante para mí!

Procesador de IC encendido y apagado: el procesador de sonido se enciende automáticamente cuando conecta el cargador de la batería o pilas

Para poner en marcha procesador de **Kanso**:

Conecte el procesador de una unidad única al imán invisible debajo del cuero cabelludo (ubicado ligeramente por encima / detrás de la oreja)



Reemplazo de la batería: deslice la tapa de la batería fuera de la carcasa e inserte dos pilas nuevas con el lado plano hacia arriba. Vuelva a colocar la tapa de la batería.



© Cochlear Limited

Por la noche, coloque los implantes cocleares en el deshumidificador.

No realizar una resonancia magnética sin previa aclaración y acuerdo profesional con el otorrinolaringólogo de la clínica de implantación coclear y la marca comercial.

¡Si es necesario, por favor, escríbeme los mensajes importantes! ¡BÁSICO!