



AICCV
Asociación de Implantados Cocleares
de la Comunidad Valenciana

**Els Implantats Coclears reclamem
tenir en compte l'implant coclear
i l'accessibilitat a la comunicació
en cas d'ingrés hospitalari**

PER A EMERGÈNCIES!

Nom
 Data de naixement
 Lloc de residència
 El meu contacte per a preguntes.....

Tinc problemes d'audició!

Porte les següents ajudes auditives:

Dreta: implant coclear / audiòfon
 Característica:

Esquerra: implant coclear / audiòfon
 Característica:



Important: no confonga els costats!

Quan s'és sord, un implant coclear (IC) reemplaça el procés d'audició natural amb audició electrònica.

Per favor, tinga en compte:

No sent res sense el processador d'implant coclear (IC):

Mire'm! El contacte visual, quan em comunique, amb la possibilitat de veure la boca és molt important per a mi!

Processador d'IC encés i apagat: el processador de so s'encén automàticament quan connecta el carregador de la bateria o portapiles.

Per a posar en marxa el processador d'IC:

Col·loque el processador de so amb el ganxo per a l'orella darrere de l'auricular.

Connecte la bobina del transmissor a l'imant invisible davall del cuir cabellut (situat lleugerament per damunt / darrere del processador)

Reemplaçament de bateria: llisque la part de la bateria en el processador fins que encaixe en el seu lloc.



A la nit, col·loque els implants coclears en el deshumidificador.

No realitzar una ressonància magnètica sense previ aclariment i acord professional amb l'otorinolaringòleg de la clínica d'implantació coclear i marca comercial.

Si és necessari, per favor, escriu-me els missatges importants! BÀSIC!