

## ¡PARA EMERGENCIAS!

Nombre .....  
Fecha de nacimiento .....



Los Implantados Cocleares exigen tener en cuenta su implante y **accesibilidad a la comunicación** en caso de estar **ingresado en el hospital**

.....  
Lugar de residencia .....  
Mi contacto para preguntas.....

### ¡Tengo problemas de audición!

Llevo las siguientes ayudas auditivas:  
Derecha: implante coclear / audífono  
Característica: .....  
Izquierda: implante coclear / audífono  
Característica: .....  
  
Importante: ¡no confunda los lados!



Cuando se es sordo, un implante coclear (IC) reemplaza el proceso de audición natural con audición electrónica.

### Por favor, tenga en cuenta:

No oigo nada sin el procesador de implante coclear (IC):

¡Míreme! ¡El contacto visual, cuando me comunico, con la posibilidad de ver la boca es muy importante para mí!

Procesador de IC encendido y apagado: el procesador de sonido se enciende automáticamente cuando conecta el cargador de la batería.



Para poner en marcha el procesador de RONDO 2:

Conecte el procesador de la unidad individual al imán invisible debajo del cuero cabelludo (ubicado ligeramente por encima / detrás de la oreja)

Para cargar la batería: apague el RONDO 2 y colóquelo con el logotipo de MED-EL hacia arriba en el centro de la base de carga. ¡Asegúrese de que el RONDO 2 esté colocado correctamente en la estación de carga! El logotipo de MED-EL debe apuntar hacia arriba.

Por la noche, coloque los implantes cocleares en el deshumidificador.

No realizar una resonancia magnética sin previa aclaración y acuerdo profesional con el otorrinolaringólogo de la clínica de implantación coclear y la marca comercial.

.....  
.....  
**¡Si es necesario, por favor, escríbeme los mensajes importantes! ¡BÁSICO!**