

Retirada de nº de serie Implante Coclear Hires ultra y Hires ultra 3d

Escrito por Administrador

Viernes, 20 de Marzo de 2020 13:33 - Actualizado Viernes, 20 de Marzo de 2020 16:48

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), informa que determinados nº de serie de I.C. HiRes Ultra y HiRes Ultra 3D de Advanced Bionics no pueden ser implantados.

Su retirada se debe a la posibilidad de que la entrada de fluido fisiológico en electrodo produzca una interrupción de estimulación, lo cual podría disminuir el rendimiento auditivo de los implantes cocleares.

Por ello la AEMPS establece una serie de recomendaciones para pacientes y profesionales sanitarios, que podéis consultar en la web de la Agencia:

[Más Información](#)