La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), informa que determinados nº de serie de I.C. HiRes Ultra y HiRes Ultra 3D de Advanced Bionics no pueden ser implantados.

Su retirada se debe a la posibilidad de que la entrada de fluido fisiológico en electrodo produzca una interrupción de estimulación, lo cual podría disminuir el rendi-miento auditivo de los implantes cocleares.

Por ello la AEMPS establece una serie de recomendaciones para pacientes y profesionales sanitarios, que podéis consultar en la web de la Agencia:

Más Información